

**ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2

Σε συνέχεια ερωτήματος διευκρινίζουμε ως ακολούθως

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ποιο είναι το F_{wmin} (ελάχιστο πρόστιμο - σε € - ανά ώρα υπέρβασης του ADT_{max}) καθώς από τη διακήρυξη ορίζεται διαφορετικό ποσό στον Πίνακα 4 (σελ. 9/37), σε σχέση με αυτό που ορίζεται στη σελίδα 15/37).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Επιβεβαιώνεται ο Πίνακας 4

Πίνακας 4. Αποδεκτές οριακές τιμές παραμέτρων εγγύησης

(Ελάχιστη) Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας & δωρεάν συντήρησης	$W_{min} = 5$ έτη
(Μέγιστος) Αποδεκτός ετήσιος χρόνος ακινητοποίησης	$ADT_{max} = 240$ ώρες
(Ελάχιστες) Ποινικές ρήτρες ανά ώρα υπέρβασης ADT_{max}	- Επέκταση περιόδου εγγύησης $F_{wmin} = 1$ ημέρα
	- Χρηματικό πρόστιμο $F_{min} = €250$

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ