

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ-ΟΚΤΩ (28) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1

Α. Διευκρινίσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών

A1. Προδιαγραφή High Flow Oxygen Therapy: Είναι αποδεκτό, η ροή του οξυγόνου να είναι **≥50lt/min**.

A2. Προδιαγραφή Ρύθμισης Παραμέτρων Αερισμού: Είναι αποδεκτό το εύρος ρύθμισης του χορηγούμενου όγκου να κυμαίνεται **από 20 έως 2.000ml**.

Β. Διευκρινίσεις επί των Όρων της Σύμβασης Αγοράς

B1. Μέγιστος Αποδεκτός Χρόνος Ακινητοποίησης Εξοπλισμού : Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος ακινητοποίησης των 168 ωρών/έτος αναφέρεται **σε ένα έκαστο αναπνευστήρα** και όχι στο σύνολο των αναπνευστήρων.

B2. Εκπαίδευση Μηχανικών : Είναι επιθυμητό η εκπαίδευση των Μηχανικών να πραγματοποιηθεί σε εκπαιδευτικό κέντρο του οίκου. Αν οι συνθήκες δεν ευνοούν, τότε θα είναι αποδεκτό η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο & πιστοποιημένο εκπαιδευτή του οίκου, είτε στις εγκαταστάσεις της Προμηθεύτριας ή του ΩΚΚ.

B3. Ύψος Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης : Κατά παράδοση, το ποσοστό των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των Συμβάσεων Αγοράς Εξοπλισμού του ΩΚΚ είναι **10%**.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ