

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ - ΚΟΜΟΔΙΝΑ**

Εγκύκλιος Νο 2

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Επιβεβαιώνεται ότι στο αντικείμενο της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα αναγραφόμενα στον πίνακα, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν αναφέρονται στο περιληπτικό λεκτικό (π.χ Κομοδίνα Στατώ, Πολυθρόνα κλπ)

ΚΛΙΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ με στρώμα, κάλυμμα	117			
ΚΛΙΝΗ ΜΕΘ / ΜΑΦ με στρώμα, κάλυμμα	56			
ΚΟΥΝΙΣ με στρώμα, κάλυμμα	7			
ΚΟΥΝΑΚΙΑ με στρώμα, κάλυμμα	5			
ΤΕΠ με στρώμα, κάλυμμα	6			
ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΛΕΤΑ	173			
ΣΤΑΤΩ	186			
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙ	54			0
ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Είδος ανταλλακτικού	Αριθμός			
Τραχολί κήσης	30			
Τραχολί κατευθύνσεως	10			
Χειριστήρια ασθενούς	10			
Χειριστήρια νοσηλευτή	5			
Μονάδα ελέγχου	10			
Μοτέρ πλάτης	5			
Μοτέρ ποδιών	5			
Μοτέρ ανύψωσης	10			
Στατώ ορού	5			
Στρώματα (συμπιεσμένα αεροστεγώς σε επίπεδο σχήμα όχι δισλωμένα)	4			
Σετ προστατευτικά κάγκελα	2			
Καλύμματα στρωμάτων	6			0
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΜΑΦ Είδος ανταλλακτικού	Αριθμός			
Τραχολί κήσης	12			
Τραχολί κατευθύνσεως	6			
Χειριστήρια ασθενούς	10			
Χειριστήρια νοσηλευτή	10			
Μονάδα ελέγχου	5			
Μοτέρ πλάτης	5			
Μοτέρ ποδιών	5			
Μοτέρ ανύψωσης	5			
Στατώ ορού	10			
Στρώματα (συμπιεσμένα αεροστεγώς σε επίπεδο σχήμα όχι δισλωμένα)	4			
Σετ προστατευτικά κάγκελα	3			
Καλύμματα στρωμάτων	6			0

2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΩΝ Όλες οι κλίνες (Νοσηλεία, ΜΕΘ ΜΑΦ) πρέπει να είναι διαστάσεων **900mm** x 2200mm . (Δηλαδή **τροποποιείται η προδιαγραφή Α2 ΜΕΘ ΜΑΦ**) Η διάσταση πλάτους 900mm είναι **δεσμευτική λόγω πλάτους διέλευσης ανελκυστήρα φορείων ΩΕΜΕΚ** (1,05μ)

Η αναφορά «*Η κλίνη να είναι διαστάσεων 900mm x 2200mm*» ορίζει **εξωτερικές διαστάσεις κλίνης**.

3. Προδιαγραφή Α7 Ποδομοχλός - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΜΕΘ & ΜΑΦ

Η ανύψωση γίνεται ηλεκτροκίνητα και η αναφορά «*Να διαθέτει αμφίπλευρα ποδομοχλό αυξομείωσης ύψους προς επιλογή*» υποδεικνύει (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) την θέση του μοχλού ενεργοποίησης του ηλεκτρικού μηχανισμού (αμφίπλευρα) .

4. Προδιαγραφή Α2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ καθώς και **ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΘ ΜΑΦ :**

- Η αναφορά «*διαθέτει επέκταση του μήκους της, τουλάχιστον κατά 200 mm για τοποθέτηση ασθενών μεγάλου ύψους προς επιλογή*» ορίζει την επιθυμητή επέκταση, είτε στις εξωτερικές διαστάσεις της κλίνης, είτε στην επιφάνεια κατάκλισης (να οριστεί κατά την προσφορά)
- Στην προδιαγραφή Κλινών οι διαφορετικές αποχρώσεις RAL αφορούν τις παιδιατρικές μόνο κλίνες και είναι προς επιλογή.

5. Προδιαγραφή Α8 Πλαϊνά - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ καθώς και **ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΘ ΜΑΦ :**

Η αναφορά «*Τα πλαϊνά να είναι εύκολα προσθαφαιρούμενα*» δεν εννοεί φυσικά να είναι κατά λάθος αφαιρούμενα ώστε να προξενήσουν πτώση του ασθενούς.

Στην προσφορά να επιβεβαιωθεί ότι η **προσθαφαίρεση των πλαϊνών γίνεται χωρίς την χρήση εργαλείων**

8. Προδιαγραφή Γ που αφορά **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ καθώς και ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΘ ΜΑΦ : Επιβεβαιώνουμε ότι όλα όσα αναφέρονται στις κατηγορίες «Γ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» αφορούν ηλεκτρική λειτουργία (όχι χειροκίνητη)

9. Προδιαγραφή Γ9 που αφορά **τα χειριστήρια** ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ καθώς και ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΘ ΜΑΦ:

- κατ ελάχιστον απαιτούνται ένα ενσύρματο χειριστήριο που θα μπορεί να αναρτηθεί στα κάγκελα (όχι αποσπώμενο) και ένα ξεχωριστό πίνακα ελέγχου στα πόδια του ασθενή για χρήση μόνο από το νοσηλευτικό προσωπικό.
- Εναλλακτικά μπορεί να προσφερθούν χειριστήρια ενσωματωμένα στα πλαϊνά προστατευτικά πλαίσια, (εξωτερικά, για χρήση από το νοσηλευτικό προσωπικό και εσωτερικά για χρήση από τους ασθενείς) εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη για την ηλεκτρολογική σύνδεση και αποσύνδεσή των.

10. ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ-ΜΑΦ - **ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ** Η προσφορά για τις κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ θα υποβληθεί με στρώμα (τμήμα Δ προδιαγραφών) .

Η προδιαγραφή Ε για αερόστρωμα μπορεί να υποβληθεί αυτόνομα, ως πρόσθετη τιμή μονάδας, προς αξιολόγηση και επιλογή σαν επιπλέον αντικείμενο

11. **Στατώ ορού.** Κάθε κλίνη πρέπει να περιλαμβάνει και ένα σπαστό στατώ ορού τεσσάρων θέσεων που θα είναι συμβατό με την κλίνη και θα αναρτάται σε μία από τις τέσσερις θέσεις που διαθέτει η κλίνη.

Επιπλέον, θα υποβληθεί προσφορά για πρόσθετα/ ξεχωριστά στατώ ορού εκτός της κλίνης, που θα πρέπει να διαθέτουν τροχήλατη πεντάκινη βάση. Θα υποβληθεί προσφορά για πρόσθετα εξωτερικά **186 στατώ**. Κατά την τελική διαπραγμάτευση ο τελικός αριθμός στατώ μπορεί να διαφοροποιηθεί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Οι προδιαγραφές είναι σε μορφή πίνακα ώστε, στην διπλανή στήλη θα μπορεί κάθε προσφέρων να αναγράψει τις αποκλίσεις/παρατηρήσεις του (όπως π.χ. για τον βαθμό προστασίας ηλεκτρ μερών IPX6)
2. Φυσικά είναι επιθυμητό, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό τα κομοδίνα και οι πολυθρόνες να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τις κλίνες.
3. Οι προσφορές που είναι πλήρεις, **με όλα τα ζητούμενα είδη** (έστω και από διαφορετικό οίκο) παρουσιάζουν επιλεκτικό πλεονέκτημα διότι οι ελλειπείς προσφορές υποχρεώνουν σε διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας λήψης προσφορών.
4. Η ένδειξη ΕΠ+1 ΕΠ+2 στον πίνακα προσφοράς αναφέρεται στο επίπεδο εντός του κτιρίου.
5. Επιβεβαιώνεται ότι στην στήλη τιμή μονάδας αναγράφεται η τιμή μονάδας, στην στήλη προσφορά αναγράφεται το γινόμενο των τεμαχίων επί την τιμή μονάδας και στο σύνολο προσφοράς αναγράφεται το άθροισμα των προσφορών του εκάστοτε πίνακα.
6. Η βεβαίωση ότι τα προσφερόμενα είναι σύμφωνα με το **πρότυπο EN 60601-2-52** αφορά (φυσικά) όσα προσφερόμενα υπάγονται στο πρότυπο EN 60601-2-52.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ