

## ΩΝΑΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Καλλιθέα Αττικής, 07/05/2025

Αριθ. πρωτ.: 143/2025

**Θέμα: Διευκρινίσεις επί της υπ' αριθ. 03/2025 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 180.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (ΑΔΑΜ: 25PROC016646573 2025-04-11 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 371098)**

Σχετ.: - ο ν. 4412/2016 (Α' 147), ως ισχύει,

- η υπ' αριθ. 03/2025 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια Ενδοσκοπικού Εξοπλισμού», προϋπολογισθείσας δαπάνης 180.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (ΑΔΑΜ: 25PROC016646573 2025-04-11 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 371098) και το θεσμικό πλαίσιο αυτής όπως εξειδικεύεται στον όρο 1.4,
- την παρασχεθείσα από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ' αριθ. πρωτ. 137/2025 απόφαση του Γενικού Διευθυντή για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την 15/05/2025 ώρα 17:00 κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
- το με αριθ. πρωτ. SA-22/25/16.04.2025 αίτημα του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε»,

Σε συνέχεια των διευκρινιστικών ερωτημάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο αίτημα διευκρινίσεων, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέσω του διαδικτυακού τύπου του διαγωνισμού της υπ' αριθ. 3/2025 Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ, διευκρινίζονται τα εξής:

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Τμ. Προμηθειών & Διαχ. Υλικού

1. Όσον αφορά στο Παιδιατρικό εύκαμπτο video-βρογχοσκόπιο:

(α) Η απόκλιση κατά 1mm του ελάχιστου βάθους πεδίου συνιστά ανεκτή παρέκκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού και συνεπώς δεν θα αποκλειστούν, εξ αυτού του λόγου, βρογχοσκόπια με ελάχιστο βάθος πεδίου έως και 3mm.

(β) Η απόκλιση κατά 0,7mm της μέγιστης διαμέτρου σωλήνα εισαγωγής συνιστά ανεκτή παρέκκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού και συνεπώς δεν θα αποκλειστούν, εξ αυτού του λόγου, βρογχοσκόπια με διάμετρο σωλήνα εισαγωγής έως και 5,2mm.

2. Όσον αφορά στη Συσκευή Χορήγησης CO<sub>2</sub>:

Δεν είναι αποδεκτή η διαγραφή της Τεχνικής Προδιαγραφής "Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα, συμπεριλαμβανομένης μιας φιάλης CO<sub>2</sub>", καθώς η φιάλη CO<sub>2</sub> δεν είναι αναλώσιμο υλικό και είναι απαραίτητο αυτή, μαζί με τον μειωτήρα που θα την συνοδεύει, να έχει τις ανάλογες διαστάσεις και βάρος, ώστε να προσαρμόζεται με ασφάλεια πάνω στο προσφερόμενο ειδικό τροχήλατο του ενδοσκοπικού εξοπλισμού.

3. Όσον αφορά στην Αντλία Έκπλυσης:

Η Τεχνική Προδιαγραφή "Να έχει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με φιάλες μιας χρήσεως *water for injection* για την προβλεπόμενη χρήση", θα θεωρηθεί ως ισοδύναμη εναλλακτική της προδιαγραφής "Να φέρει δοχείο νερού ικανής χωρητικότητας για την προβλεπόμενη χρήση".

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διευκρινίσεις δεν αναφέρονται σε απαράβατους όρους της διακήρυξης και κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις, ώστε δεν τροποποιούν τους όρους της υπ' αριθ. 3/2025 Διακήρυξης.

Συνεπώς, με τις ανωτέρω διευκρινίσεις δεν επηρεάζεται ουσιωδώς η κατάρτιση των προσφορών των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ' αριθ. 3/2025 Διακήρυξης και αναρτώνται, προς διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της τυπικότητας, στην πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής.



Ο Γενικός Διευθυντής  
Π. Μινογιάννης

